



直線速度(WHO)



直線速度



【患者番号】 9999999 【検査日】 2013/04/19 【検査時刻】 14:38:48
 【患者名】 テスト太郎
 【採取時刻】 06:20

	計測結果	WHO下限値
【精液量[ml]】	1.5	1.4
【総精子数[百万]】	184.4	39
【精子濃度[百万/ml]】	122.9	16
【精子運動率[%]】	86.1	42
【直線速度[μm/秒]】	17.6	
【曲線速度[μm/秒]】	40.5	
【平均速度[μm/秒]】	30.0	
【直線速度(WHO)】	4分類	
【比率 A (A≥25μm/秒)[%]】	28.2	
【比率 B (25> B≥5μm/秒)[%]】	37.2	
【比率 C (C<5μm/秒)[%]】	20.7	
【比率 D(不動)[%]】	13.9	

【コメント】